

中環科技事業股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第020號
高雄市前鎮區新街路286-8號8樓之一 TEL：(07)815-2248 FAX：(07)815-2250

飲用水樣品檢驗報告

報告序號：ET1135796

檢驗室名稱：中環科技事業股份有限公司環境分析實驗室

委託單位：鑫發達生技股份有限公司

行業別：包盛裝飲用水業

樣品名稱：一廠地號80

樣品特性：飲用水

樣品編號：WD1131342-01

採樣單位：中環科技環境分析實驗室(國環檢證字第020號)

檢測目的：---

採樣地點：高雄市大樹區新興段80地號

採樣時間：113年12月19日10時16分

採樣結束：113年12月19日10時30分

收樣日期：113年12月19日

報告日期：114年01月07日

案件編號：WD1131342

採樣方法：NIEA W101.57A

聯絡人：蘇月娥

檢 驗 項 目	單 位	檢 驗 值	檢 測 方 法	備 註
* 濁度	NTU	0.20	NIEA W219.52C	
* 色度	鉑鈷	<5	NIEA W201.52B	pH=7.0/24.6°C
* 臭度	初嗅數60°C	<1	NIEA W206.53C	
* 鉛	mg/L	<0.00010	NIEA W313.54B	
* 鉻	mg/L	0.00024	NIEA W313.54B	
* 鎘	mg/L	ND	NIEA W313.54B	MDL=0.000025
* 鋇	mg/L	0.00537	NIEA W313.54B	
* 銻	mg/L	ND	NIEA W313.54B	MDL=0.0000094
* 鎳	mg/L	0.00097	NIEA W313.54B	
* 銀	mg/L	ND	NIEA W313.54B	MDL=0.000023
* 鐵	mg/L	0.0339	NIEA W313.54B	
* 銅	mg/L	ND	NIEA W313.54B	MDL=0.000026
* 鋅	mg/L	0.00095	NIEA W313.54B	
* 硒	mg/L	ND	NIEA W313.54B	MDL=0.000071
* 汞	mg/L	ND	NIEA W313.54B	MDL=0.000049
* 氟鹽	mg/L	0.16	NIEA W415.54B	
* 亞硝酸鹽氮	mg/L	ND	NIEA W418.54C	MDL=0.00014
* 氨氮	mg/L	<0.02	NIEA W437.52C	

續 下 頁

備 註：

1. 本報告已由環境部核可之報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
空氣採樣類：蘇明民(ETA-05)、黃任昶(ETA-06)、王仲龍(ETA-07)、鄭昇賀(ETA-09)、蔡智淵(ETA-10)
無機檢測類：洪菁燕(ETI-03)、簡淑芬(ETI-04)、施敏華(ETI-05)、沈桂嬌(ETI-07)、游心怡(ETI-08)、李苑如(ETI-09)、黃鳳君(ETI-10)
有機檢測類：施敏華(ETO-03)、林曉嫻(ETO-05)、卓杏花(ETO-06)
2. 檢驗項目有標示『*』者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經環境部認可，並依其公告方法分析。
3. 當檢驗值低於方法偵測極限時以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(方法偵測極限×稀釋倍數)。
4. 當檢驗值介於方法偵測極限與定量極限之間，分析結果以"<定量極限×稀釋倍數"表示。
5. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用，本報告需附採樣記錄。

聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

中環科技事業股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第020號
高雄市前鎮區新街路286-8號8樓之一 TEL：(07)815-2248 FAX：(07)815-2250

飲用水樣品檢驗報告

報告序號：ET1135796

檢驗室名稱：中環科技事業股份有限公司環境分析實驗室

委託單位：鑫發達生技股份有限公司

採樣時間：113年12月19日10時16分

行業別：包盛裝飲用水業

採樣結束：113年12月19日10時30分

樣品名稱：一廠地號80

收樣日期：113年12月19日

樣品特性：飲用水

報告日期：114年01月07日

樣品編號：WD1131342-01

案件編號：WD1131342

採樣單位：中環科技環境分析實驗室(國環檢證字第020號)

採樣方法：NIEA W101.57A

檢測目的：---

聯絡人：蘇月娥

採樣地點：高雄市大樹區新興段80地號

檢 驗 項 目	單 位	檢 驗 值	檢 測 方 法	備 註
* 氯鹽	mg/L	19.1	NIEA W415.54B	
* 硫酸鹽	mg/L	112	NIEA W415.54B	
* 酚類	mg/L	<0.0010	NIEA W521.52A	
* 總溶解固體量	mg/L	446	NIEA W210.58A	
* 陰離子界面活性劑	mg/L	<0.05	NIEA W525.52A	
* 三氯乙烷	mg/L	ND	NIEA W785.57B	MDL=0.00020
* 四氯化碳(四氯甲烷)	mg/L	ND	NIEA W785.57B	MDL=0.00021
* 1,1,1-三氯乙烷	mg/L	ND	NIEA W785.57B	MDL=0.00021
* 1,2-二氯乙烷	mg/L	ND	NIEA W785.57B	MDL=0.00025
* 氯乙烯	mg/L	ND	NIEA W785.57B	MDL=0.00034
* 苯	mg/L	ND	NIEA W785.57B	MDL=0.00022
* 對-二氯苯	mg/L	ND	NIEA W785.57B	MDL=0.00021
* 1,1-二氯乙烷	mg/L	ND	NIEA W785.57B	MDL=0.00025
* 靈丹	mg/L	ND	NIEA W605.54B	MDL=0.000045
* 丁基拉草	mg/L	ND	NIEA W645.51A	MDL=0.000065
* 2,4-地	mg/L	ND	NIEA W642.51A	MDL=0.000029
* 巴拉刈	mg/L	ND	NIEA W641.51A	MDL=0.00060
* 納乃得	mg/L	ND	NIEA W635.53B	MDL=0.00019

續 下 頁

備 註：

1. 本報告已由環境部核可之報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
空氣採樣類：蘇明民(ETA-05)、黃任昶(ETA-06)、王仲龍(ETA-07)、鄭昇賀(ETA-09)、蔡智淵(ETA-10)
無機檢測類：洪青燕(ETI-03)、簡淑芬(ETI-04)、施敏華(ETI-05)、沈桂嬌(ETI-07)、游心怡(ETI-08)、李苑如(ETI-09)、黃鳳君(ETI-10)
有機檢測類：施敏華(ETO-03)、林曉嫻(ETO-05)、卓杏花(ETO-06)
2. 檢驗項目有標示『*』者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經環境部認可，並依其公告方法分析。
3. 當檢驗值低於方法偵測極限時以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(方法偵測極限×稀釋倍數)。
4. 當檢驗值介於方法偵測極限與定量極限之間，分析結果以"<定量極限×稀釋倍數"表示。
5. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用，本報告需附採樣記錄。

聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，並屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

中環科技事業股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第020號
高雄市前鎮區新街路286-8號8樓之一 TEL：(07)815-2248 FAX：(07)815-2250

飲用水樣品檢驗報告

報告序號：ET1135796

檢驗室名稱：中環科技事業股份有限公司環境分析實驗室

委託單位：鑫發達生技股份有限公司

採樣時間：113年12月19日10時16分

行業別：包裝裝飲用水業

採樣結束：113年12月19日10時30分

樣品名稱：一廠地號80

收樣日期：113年12月19日

樣品特性：飲用水

報告日期：114年01月07日

樣品編號：WD1131342-01

案件編號：WD1131342

採樣單位：中環科技環境分析實驗室(國環檢證字第020號)

採樣方法：NIEA W101.57A

檢測目的：---

聯絡人：蘇月娥

採樣地點：高雄市大樹區新興段80地號

檢驗項目	單位	檢驗值	檢測方法	備註
* 加保扶	mg/L	ND	NIEA W635.53B	MDL=0.00019
* 滅必靈	mg/L	ND	NIEA W635.53B	MDL=0.00020
* 達馬松	mg/L	ND	NIEA W610.52B	MDL=0.00015
* 大利松	mg/L	ND	NIEA W610.52B	MDL=0.00019
* 巴拉松	mg/L	ND	NIEA W610.52B	MDL=0.00019
* 一品松	mg/L	ND	NIEA W610.52B	MDL=0.00028
* 亞素靈	mg/L	ND	NIEA W610.52B	MDL=0.00023
* 總三鹵甲烷--一溴二氯甲烷	mg/L	ND	NIEA W785.57B	MDL=0.00021
* 總三鹵甲烷--二溴一氯甲烷	mg/L	ND	NIEA W785.57B	MDL=0.00021
* 總三鹵甲烷--三溴甲烷(溴仿)	mg/L	ND	NIEA W785.57B	MDL=0.00019
* 大腸桿菌群	MPN/100mL	20	NIEA E215.53C	
* α -安殺番	mg/L	ND	NIEA W605.54B	MDL=0.0000060
* β -安殺番	mg/L	ND	NIEA W605.54B	MDL=0.0000064
* 砷	mg/L	0.00036	NIEA W313.54B	
* 總三鹵甲烷--三氯甲烷(氯仿)	mg/L	ND	NIEA W785.57B	MDL=0.00030
* 硝酸鹽氮	mg/L	<0.01	NIEA W436.52C	
* 氯鹽	mg/L	ND	NIEA W468.50C	MDL=0.0022
以 下 空 白				

備註：

- 本報告已由環境部核可之報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
空氣採樣類：蘇明民(ETA-05)、黃任昶(ETA-06)、王仲龍(ETA-07)、鄭昇賀(ETA-09)、蔡智淵(ETA-10)
無機檢測類：洪菁燕(ETI-03)、簡淑芬(ETI-04)、施敏華(ETI-05)、沈桂嬌(ETI-07)、游心怡(ETI-08)、李苑如(ETI-09)、黃鳳君(ETI-10)
有機檢測類：施敏華(ETO-03)、林曉婷(ETO-05)、卓杏花(ETO-06)
- 檢驗項目有標示『*』者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經環境部認可，並依其公告方法分析。
- 當檢驗值低於方法偵測極限時以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(方法偵測極限 $\times$ 稀釋倍數)。
- 當檢驗值介於方法偵測極限與定量極限之間，分析結果以"<定量極限 $\times$ 稀釋倍數"表示。
- 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用，本報告需附採樣記錄。

聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

負責人：

檢驗室主管：

